

**ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23
Број:15-8/14-6
Датум:20.06.2014. године**

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за поступак јавне набавке број 15-8/14 – Набавка добара- - ПОРТАБИЛНИХ КОЛОРО – ДОПЛЕР УЛТРАЗВУЧНИХ АПАРАТА (2 комада)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр. 124/2012), а на ваш захтев од 05.11.2013. године, за давање додатног појашњења у отвореном поступку јавне набавке број 15-8/14, чији је предмет Набавка добара- ПОРТАБИЛНИХ КОЛОРО – ДОПЛЕР УЛТРАЗВУЧНИХ АПАРАТА (2 комада), достављамо вам следећи одговор на ваше питање у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр. 124/2012).

1. Тачка 1.2. НЕ ПРИХВАТА

Образложење: Наручилац под тачком 1.2. захтева “Фреквентни (радни опсег) сонди на систему минималног опсега 1-17 МХз”. На тај начин јасно се дефинишу перформансе самог апарата. Сонде висококе фреквенције као што је нпр. 17 МХз се користе за снимање мускулоскелеталног система и дају слике високог квалитета у поређењу са сондама ниже фреквенције. Наиме, наручилац на овај начин захтева да понуђени апарат има могућност прикључења сонди високих фреквенција, које ће му касније омогућити квалитетнији рад и ширу примену. Такође желимо да напоменемо да овај услов није дискриминаторски и да поједини произвођачи имају сонде са учестности 18 МХз, а чак и 20 МХз. Према нашим сазнањима са тржишта, 3 произвођача поседују захтевану карактеристику под тачком 1.2.

2. Тачка 1.3. ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА

Образложење: Наручилац поменути захтев мења у “Најмање 2 активна порта за истовремено прикључење сонди, која су интегрисана на апарату, без „пенцил“ конектора, са електронским бирањем сонди”.

3. Тачка 1.6. ПРИХВАТА СЕ

Образложење: Наручилац поменути захтев мења у "Пластични носач на апарату за сонде или да колица за апарат поседује носаче сонди".

Тражени апарат ће се користити искључиво за рад на терену. Узимајући у обзир где ће се апарат користити, неопходно је из практичних разлога да апарат има носаче за сонде на самом апарату или на колицима за апарат.

4. Тачка 1.8. НЕ ПРИХВАТА СЕ

Образложење: За Наручиоца је врло важно да апарат поред интегрисаног хард диска поседује и интегрисани ЦД/ДВД резач. Прикључивањем различитих екстерних модалитета, повећава се број непотребних каблова око апарата који у многоме смањују маневарске способности апарата, што је врло важно за брз и ефикасан теренски рад.

5. Тачка 1.11. НЕ ПРИХВАТА СЕ

Образложење: Наручилац остаје при свом захтеву јер тражена брзина фрејмова у потпуности одговара прегледима који се захтевају техничком спецификацијом.

За Комисију



Ивана Петровић, самостални стручни
сарадник за послове набавки, члан, с.р.

Милин Антонић, самостални стручни
сарадник за послове набавки, члан с.р.